Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire de faire la description de la machine destinée à reduire les luxations et les fractures des extrémités; Machine, que M. Dupont de Beauregard a présentée à l'académie et qu'elle nous a chargé d'examiner; il n'est personne de nous qui ne se la représente, ayant été temoins de l'application que l'auteur en a faite sur un homme. nous nous bornerons donc à quelques réflexions sur l'usage qu'on en peut faire.

Premierement dans la luxation de l'humerus, Elle remplit les vues que l'academie paroit avoir adoptées d'après les observations de feu M. Dupouy, c'est à dire, que le lacq destiné à faire l'extension est appliqué au poignet, et que celui qui fait la contre-extension ne porte point sur les tendons du grand pectoral et du grand dorsal; de maniere que ces lacqs n'ont point les mêmes inconveniens qu'ils avoient dans les anciennes méthodes par les raisons qui ont été présentées dans le temps à l'académie.

En second lieu nous croyons que dans certains cas, surtout dans les luxations de

ARC 33
d. 2
n° 33

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

l'humerus un peu anciennes, La gradation —
insensible et constante avec laquelle on peut
faire l'extension et la contre-extension —
par le moyen de la machine de M. —
Dupont sert d'un grand avantage pour —
Eviter les douleurs capables d'exciter vive-
ment l'irritabilité des muscles, et d'aug-
menter par consequent les obstacles à la
réduction. M.rs Loustaneau et Arny —
ont été temoins à versailles du succés —
que M. Dupont a obtenu de sa machine
dans une pareille circonstance.

D'un autre côté nous croyons bien que
dans les luxations ordinaires et récentes
et dans la plus part des fractures, l'appareil
de cette machine n'est point absolument
nécessaire pour les reduire; et que les —
moyens ordinaires suffisent, pourvu qu'on
suive la méthode de feu M. Dupouy; ~~dan~~
et même dans la luxation de l'humerus,
celle de ce chirurgien de lyon, qui a Envoyé,
il y a quelque temps plusieurs observations
à l'academie, dans lesquelles il disoit qu'en —
faisant faire l'extension du bras en le tirant
en haut, et en appliquant un lacq sur l'Epaule
pour faire la contre-extension en le tirant

en bas, il a reduit plusieurs luxations même
anciennes avec la plus grande facilité. —
Mais nous ne regardons pas moins la
machine de M. Dupont Beauregard comme
très ingenieuse et qui peut être d'une grande
utilité dans beaucoup d'occasions.

à Paris ce 1.er Mai 1786

Hévin Fabre

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE